

Møte:	Møte 01 Akt. C -18 Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde	Prosjekt:	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr:	76944	Dok.dato:	01.03.2021
Møtedato:	01.03.2021	Sted:	Teams
Referent:	THP	Neste møte:	12.04.2021

Deltakere/mottakere:

Navn	Funksjon	Organisasjon	Tilstede
Line Kristine Greve	Gruppeleder/Radiograf/avd.leder	OUS	x
Manuel Henriquez	MTU service	OUS	X
Per Arne Jørgensen	MTV	OUS	X
Runar Nagelsaker	MTV strategi og anskaffelser	OUS (avløses av Else Riise)	
Elisabeth da Silva Øvregard	Intensivsykepleier/Verneombud	OUS	X
Adnan Mrsic	Avdelingsingeniør/Tillitsvalgt	OUS	X
Anniken Riise Elnes	LIS/Tillitsvalgt	OUS	X
Ylva Haig	Overlege/Tillitsvalgt	OUS	X
Anders Johnsen	Overingeniør/Tillitsvalgt	OUS	X
Else Riise	MTV, OUS	OUS	X
Martin Lieungh	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Arne Thormod Myklebust	Fagkoordinator	Nye OUS	X
Marte Loen	Arkitekt	PG	X
Henni Steineger	Arkitekt	PG	X
Julia Gaczek	Arkitekt	PG	X
Kristina Rogers	Arkitekt	PG	X
Ingeborg Sand	Fasilitator	PO	X
Thomas Pryssing	Referent	PO	X

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01.00		<p>Velkommen og agenda for dagens møte</p> <p>Møtet er det første i en møteserie som skal gå frem til januar 2022 og som skal ivareta medvirkning i forprosjektet for MTV for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.</p> <p>Gruppen skal vurdere funksjonsplassering i bygget herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammenhenger mellom funksjonene for å ivareta nærhetsbehov • Sammenhenger mellom funksjoner i etasjene • Behov for videre bearbeiding <p>Agenda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkommen og agenda for dagens møte • Dokumentasjon av deltakere • Spilleregler, møtekultur • Tråden fra konseptrapport- fagrapporter- funksjonsprogram til forprosjekt • Hovedaktivitet C funksjonsplassering • Presentasjon av prosjektet og gjennomgang av materialet • Diskusjon og oppsummering <p>Det er i forkant av medvirkningsmøte sendt ut agenda og underlag som ble gjennomgått i møtet.</p>	Info		

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Nye OUS har fått tilsendt lenke til film som er delt med medvirkningsgruppene.</p> <p>Nye Rikshospitalet: https://www.youtube.com/watch?v=LbQf1Aqmhck Nye Aker: https://www.youtube.com/watch?v=7YKzWjGYs7s</p> <p>Medvirknings-møteserien for MTV er en felles møteserie for Nye Aker og Nye Rikshospitalet</p>			
		Punktene nedenfor refererer til saker tatt opp under gjennomgangen i møtet.			
01.01		<p>Dokumentasjon av deltakere i medvirkningsgruppen</p> <p>Runar Nagelsaker, MTV, OUS erstattes av Else Riise. Nye OUS oppdaterer møteinnkalling</p>	Nye OUS	15.03.2021	Åpen
01.02		<p>Eksisterende MTV arealer på Aker</p> <p>Areal for MTV på eksisterende Aker er plassert i Bygg 5. Nye OUS opplyser at det ikke forventes endringer i for arealet.</p> <p>Nye OUS verifiserer dette frem mot neste møte.</p>	Fagkoordinator	05.04.2021	Åpen
01.03		<p>Funksjonsplassering for MTV Nye Aker</p> <p>Hovedverksted for MTV på Nye Aker er foreslått plassert i plan U1. Videre er det plassert desentrale MTV verksteder i operasjon, dialyse, røntgen og lab. Det er programmert areal for utstyrslager i de enkelte funksjonsområder (dvs. i programmet for intensiv, operasjon mm)</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		<p>Hovedverksted og det desentrale MTV-område ved Operasjon samarbeider og avlaster hverandre. Hovedverksted betjener også sengeområder. Det er et tilsvarende samarbeide mellom det desentrale MTV-området på Røntgen og MTV-området på Lab.</p> <p>Medvirkningsgruppen vurderer at nåværende plassering av hovedverksted er for tilbaketrukket og at hovedverksted kan plasseres mer optimalt på plan 3 med nærhet til heis og med nærhet til operasjon.</p> <p>ARK avklarer muligheter for endret plassering av hovedverksted.</p>	ARK	05.04.2021	Åpen
01.04		<p>Klargjøringsareal for MTV utstyr</p> <p>Det er på både Nye Aker og Nye Rikshospitalet behov for ett klargjøringsareal for MTV som kan anvendes i forbindelse med eksempelvis «flåteutskifting» av utstyr.</p> <p>Dette arealet kan sambrukes med andre funksjoner og trenger som utgangspunkt ikke dagslys eller nærhet til hovedverksted.</p> <p>Arealet vil dog kreve relevant infrastruktur i form av div. uttakk mm.</p> <p>ARK undersøker muligheter for dette på Nye Aker og Nye Rikshospitalet.</p>	ARK	05.04.2021	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01.05		<p>Funksjonsplassering for MTV Nye Rikshospitalet</p> <p>Hovedverksted for MTV på Nye Rikshospitalet er plassert på plan 03 i J-bygg, dvs. under de to Operasjon/PO/Intensiv-etasje med nærhet til heis. Medvirkningsgruppen vurderer at denne innplassering av hovedverksted er bra.</p> <p>Desentrale verksteder vurderes å være plassert i relevante områder (se punkt 01.08 ang. nyfødtintensiv nedenfor).</p> <p>Punktet ivaretas av ARK i videre prosjektering.</p>	ARK	05.04.2021	Lukket
01.06		<p>Felles lager for tverrgående utstyr for MTV Nye Rikshospitalet</p> <p>Det er programmert et lager på 100m2 i forbindelse med hovedverksted for MTV. Medvirkningsgruppen vurderer at det på sikt er behov for et større lager til utstyr som flytter rundt på sykehuset – eksempelvis infusjonspumper, monitorer, CPAP mm.</p> <p>Før ett evt. arealbehov kan avdekkes er det behov for å avklare et fremtidig konsept for håndtering av tverrgående utstyr på Nye Rikshospitalet. IKT prosjekt om sporing av utstyr (GS1) må tas med i denne vurderingen</p> <p>Nye OUS/MTV tar dette videre i relevante fora.</p>	Fagkoordinator /Gruppeleder	05.04.2021	Åpen

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
01.07		<p>Sentralisert rengjøring av utstyr</p> <p>Det er ønske om desinfeksjonsrom (gassingsrom) for visse typer av utstyr på Rikshospitalet. Dette er omtalt i smittevernsrapporten fra OUS.</p> <p>HSØ-PO/Nye OUS opplyser at det pågår en avklaring av dette. HSØ-PO/Nye OUS gir tilbakemelding om aktuell status for denne avklaringen i forbindelse med neste møte i medvirkningsgruppen.</p>	Fagkoordinator /HSØ-PO	05.04.2021	Åpen
01.08		<p>Behov for desentralt MTV verksted for nyfødtintensiv mm.</p> <p>Medvirkningsgruppen vurderer at nyfødtintensiv har så stort volumet (42 plasser) at det kan være relevant med desentralt MTV-verksted. Et desentralt MTV-verksted inngår ikke i programmet for nyfødtintensiv men bør evt. prioriteres innenfor arealrammen.</p> <p>Videre bør det overveies om det er fremtidige funksjoner på Nye Rikshospitalet (eksempelvis «OUS Hjemme») bør prioriteres i forhold til ett desentralt MTV verksted.</p> <p>Gruppeleder og Fagkoordinator tar innspillet videre til relevante referansegrupper mm.</p>	Fagkoordinator /Gruppeleder	15.03.2021	Åpen
01.09		<p>Bruk av teknikkarealer til oppbevaring av utstyr</p> <p>Medvirkningsgruppen ønsker å få opplyst om oppbevaring av MTV-utstyr i forbindelse med teknikkarealer er en mulighet.</p>			

Nr. (møtenr. punktnr)	Evt. romfnr.	Beskrivelse – aksjon:	Ansvar:	Frist:	Status:
		HSØ-PO avklarer dette.	HSØ-PO	05.04.2021	Åpen
01.10		<p>Videre prosess</p> <p>Alle parter starter omgående med arbeid med innspill fra møtet, som forberedelse til neste møte.</p> <p>OUS sender omforente tilbakemeldinger via Nye OUS v/Fagkoordinator Martin Lieungh NRH innen 15. mars. 2021</p> <p>Alle innspill som gjelder ønske om flytting av funksjoner, skal inngå i en helhetlig vurdering av Nye OUS og HSØ PO i felleskap.</p>	Info		

Tilbakemeldingsskjema

Møte	Møte 01 Akt. C -18 Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde	Prosjekt	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Saksnr	76944	Dok.dato	12.03.2021
Medvirkn.møtedato	01.03.2021	Frist for tilbakemeld	15.01.21
Medvirkn.gr.leder	Line Kristine Greve		

Tilbakemelding på referatet

Noen generelle krav til verkstedplasser som ikke er beskrevet i referatet:

- Verkstedsplasser må dimensjoneres til å kunne utføre reparasjoner og tilhørende kontorarbeid på en smittevernmessig god måte. Anbefalt areal pr. plass er 15 m²
- I referatet står det følgende «**Felles lager for tverrgående utstyr for MTV Nye Rikshospitalet.** Det er programmert et lager på 100m² i forbindelse med hovedverksted for MTV. Medvirkningsgruppen vurderer at det på sikt er behov for et større lager til utstyr som flytter rundt på sykehuset – eksempelvis infusjonspumper, monitører, CPAP mm». Her er må det være en misforståelse. MTV har meldt et behov for 100m² til klargjøringsareal til Nye RH og 100m² til Nye Aker. Krav til arealene er beskrevet under 01.04. Se for øvrig vår opprinnelig areal innmelding ligger vedlagt. Det er ønskelig å gjennomgå arealbehovet i neste møte.
- Det er viktig å presisere at arealbehovene MTV i Nye OUS og Nye Aker er relativt like og de prinsipper som ligger til grunn for det ene sykehuset gjelder også for det andre.
- I referatet står det «Det er et tilsvarende samarbeid mellom det desentrale MTV-området på Røntgen og MTV-området på Lab» Dette er feil.

Det er et stort gap mellom innmeldt behov og tildelt arealer. Det er uklart hvordan dette skal løses og vil ha direkte konsekvenser for muligheten til å levere medisinsk-teknologiske tjenester til pasientbehandling på en forsvarlig måte. En omdisponering av programmert areal vil måtte gjøres, men vil ikke løse utfordringen.