


Byggherre felles		
K Klinisk service - NSA		
Dato/tid: 26.05.2023	Lokasjon: Forskningsparken	
Ansvarlig Ralf Kristensen		Neste møte i serien 22.09.2023 (tentativ dato, kan bli endret)
Beskrivelse Møte 1, pulje 1 medvirkning funksjonsprosjektet Fargeforklaring til arbeidslogg: - Blå: Aksjonspunkt gitt i medvirkningsmøte. - Rød: Svar på aksjonspunkt.		
Agenda		
001 <input type="checkbox"/>	Deltakere Se vedlagt fil for deltagere i møtet Deltakere K Klinisk service.pdf	
002 <input type="checkbox"/>	Agenda - Velkommen – presentasjon av deltakere i møtet v/fagkoordinator - Status for funksjonsområdet v/fasilitator - Tilbakemeldinger fra medvirkningsgruppen til romskisser og spørsmål som er oversendt - Gjennomgang av gruppens kvalitetssikring av romfunksjonsprogram og utstyrsliste (for unike rom og rom med avvik) - Oppsummering (punkter til arbeidslogg – åpne og lukkede saker) - Eventuelt Møte 01 pulje 1 - K Klinisk service - NSA	
003 <input type="checkbox"/>	Rom 12.01.001 og 12.01.035 Kjøkken, aktivitetsrom Medvirkningsgruppen hadde før møtet oversendt notat <Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023> med innspill til de ulike rommene på agendaen. Notatet som ble gjennomgått av gruppeleder i møtet vedlegges under dette agendapunktet, og omhandler også de øvrige rommene i møteloggen. Ad rommene 12.01.001 Kjøkken og 12.01.035 Aktivitetsrom - suppleringer/ korrigerer til vedlegget: Begge rom: - Når rommene er slått sammen: Møter og undervisning opp til 15 personer eller pasientgrupper inntil 6 pasienter - Foldevegg mellom rommene må ha lydkrav for konfidensielle samtaler, men veggen bør i sammenslått posisjon ikke ta mye plass i rommet - Samtidighetskonflikt mellom produksjon av ortoser (som medfører	

	<p>høy lyd) og kognitive tester (som skal skjermet mot sansestimuli) må løses organisatorisk (booking)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 + 4 klappstoler som kan henges på vegg - Det forutsettes bruk av laptop (ikke stasjonær PC) når personell viser / veileder pasient og pårørende - Knagger for yttertøy - Ekstra brede dører for inntransport av utstyr <p>- Teleslynge (ivaretatt i RFP)</p> <p>- Sykesignal (hvilke funksjon/enhet mottar oppkallet?)</p> <p>12.01.001 Kjøkken, supplerings til vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Håndvask for pasient - (Universelt utformet) -Overskap skal være fastmontert -Stor komfort rullestol skal kunne kjøre inntil benk -Skuffeseksjoner kan være på hjul <p>12.01.035 Aktivitetsrom, supplerings til vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ortosebenk skal være rustfri <p>12 01 001 kjøkken aktivitetsrom treningskjøkken.jpg VS_SV_ad nye aker.msg Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023.docx</p> <p>24.05.2023 10:55:34</p> <p>1. Hvordan er bruken av rommet?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beskrivelse av funksjon og hvordan arbeidet utføres. Beskrivelsen vil avdekke behovet for utstyr og møbler. <p>30.05.2023 16:45:28</p> <p>se vedlegg: Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023 (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 10:55:10</p> <p>2. Dører - med eller uten glass - behov for skjerming?</p> <p>30.05.2023 16:52:07</p> <p>Primært viktig å skjerme mot innsyn. Evt. glass må være frostet, dekket med persienne el.l. (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 10:54:47</p> <p>3. Hvilke deler av kjøkkeninnredningen skal kunne heves og senkes?</p> <p>30.05.2023 16:53:00</p> <p>Hev/senk kjøkkenbenk, induksjonstopp og kum- kunne kjøre rullestol innunder (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 10:53:39</p> <p>4. Punktavsug for bearbeiding av ortose skal ha "forsterket avtrekk".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hva består bearbeidingen i og hva består ortosen av? <p>Dvs, hva skal punktavsugget fange opp/beskytte omgivelsene mot?</p> <p>30.05.2023 16:58:10</p> <p>Se vedlagt e-post dialog: "VS: SV: ad nye aker" som beskriver behov for forsterket avtrekk i taket for gasser (uspesifiserte) fra oppvarming av ulike termoplaster/lavtemperaturplast med ulike kjemiske sammensetninger. (Fanny Sæthre)</p>	<p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p>
<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rom 12.01.014 Treningsaal og 12.01.036 Treningsaal</p> <p>Se vedlegg <Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023></p> <p>Suppleringer til vedlegget;</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - opp til 14 personer i begge rom totalt - Pasientaktivitet, med mulighet også for egentrening for pasient på kveld og helg - AV pakke for lyd og bilde tilpasset 60 m2 legges i 12.01.014 - Tredemøller og treningsapparater legges i 12.01.030 - Nedfellbare PC bord - Oppmålt /-merket gangdistanse på 3 og 4 meter med plass til stor rullestol ved start og plass til to personer ved enden - Ønskelig med oppmålt / -merket gangdistanse på 3, 4, 5 m og deretter hver 5. m til 30 meter i korridor - 2 tredemøller ved siden av hverandre, med skinne for oppheng over - Treningsapparater med strømbehov - obs. unngå kabler langs gulv (upraktisk og samler skitt og støv) <p>Tilliggende lager 12.01.033: Ønskelig med mange skap langs høyre vegg i 12.01.036 (slik den er vist på utsendt tegning), og fortsette skap-rekken inn i tilliggende lager 12.01.033. Skapene kan ha speil skyvedører. På motsatt vegg i lager 12.01.033 ønskes oppheng til matter</p> <p>Ark utarbeider nytt utkast til møte 2</p> <p>Treningssal 12.01.014.png</p> <p>24.05.2023 12:04:40 1. Hvordan er bruken av rommet? - Beskrivelse av funksjon og hvordan treningen utføres. 30.05.2023 17:21:29 se vedlegg <Klinisk service NSA_ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023> (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 12:04:17 2. Funksjon - Hvordan gjøres rapporteringen ved opptreningen? 30.05.2023 17:22:32 se vedlegg (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 12:03:11 3. Håndvask - en i hver del av treningssalen? 26.05.2023 11:52:11 se vedlegg (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 12:01:27 4. Manøvreringsareal rundt utstyr - er det utstyr som har spesielle krav til areal rundt? 30.05.2023 17:26:04 Plass til én person på hver side av apparatene, og en mellom to apparater som står ved siden av hverandre (Fanny Sæthre)</p> <p>24.05.2023 12:01:04 5. Vil personbelastningen i hver del av treningssalen være 6-7 personer? 30.05.2023 17:26:25 ja, se vedlegg (Fanny Sæthre)</p>	<p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p> <p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p>
<p>005</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rom 12.01.015 Lager (og 12.01.033) Se kommentar under agendapunkt Rom 12.01.014 Treningssal og 12.01.036 Treningssal Lager utstyr 12.01.015 og .033.png 24.05.2023 12:06:20 Hva skal lagres i disse rommene - Må forklares hva og hvordan - for å definere inventaret (f.eks hyller,</p>	<p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p>

	<p>skap eller knagger).</p> <p>- Er det forskjellig behov på de to rommene. Lager 12.01.00 og Lager 12.01.033</p> <p>05.06.2023 10:16:14</p> <p>Hyller og skap samt stige for å nå høyt i rommet. Knagger på innside dør. Fri plass på gulvet til ca 60 cm.</p> <p>Begge lagerrommene har samme behov og trenger skap (med hyller og skuffer) og hyller langs veggene samt knagger for oppheng. Vi har mye forskjellige ting som skal lagres for eksempel balanseputer, vekter, og trenger at rommet utnyttes maksimalt. Skaphyller lengst ned og hyller over. Må ev gå opp på stige for å nå høyest opp men skap og hyller på ca 50 cm passer fint.</p> <p>Utstyret er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rullestolputer - Mini-PEP (lagers i skap) - Ortoser/collar n'cuff - Treningsstrikker mm, dictusbånd, tubigrip - Verktøykasse - Krykker og staver til utprøving for inneliggende pasienter - Testutstyr og annet utstyr for ergoterapeuter, sosionomer, logopeder og ernæringsfysiologer - Vekter, strikker, stepkasser, - Interrimproteser med tilbehør, baller, balanseputer, hinderløype (utstyrsett), skråbrett - Undervisningsmateriell, demonstrasjonseksempler (ryggrad, skulder, hofte) - Balanseputer, kettlebell, baller, påsoasputer, kneputer, foamroll, TENS apparater, håndstyrketest, muskelkraft-tester, ROM-tester - Matter - Ryggbelter, nakkekrager (Kent Roger Bjørklund) 	
<p>006</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rom 12.01.030 Behandling og 12.01.032 Behandling</p> <p>Se vedlegg <Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023></p> <p>Suppleringer til vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulighet for egentrening for pasient - Grupper (når rommene slås sammen)- opp til 6 - 8 pasienter + personell (kortere tid) - Morgenmøte - Gulvmarkeringer som viser gangdistanse 0-3 og 0-4 meter + plass til stol ved start og plass til to personer ved enden (evt. også markering opp til 30 m i korridor) <p>12.01.030 Gangbane >4 m + plass til rullestol ved start og to personer ved enden Elipse/nustep maskin</p> <p>12.01.032 Treningstrapp</p> <p>Begge rom:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Matter med oppheng -Skinne for gangtrening -Ribbevegg -Stepkasse 	

	<ul style="list-style-type: none"> -Redcore flyttbar -Stol med armlener (pasient) -2 vegghengte stoler -2 behandlingskrakker -Drikkevann -Vektstativ småvekter -Skap for småutstyr -Mobilt speil <p>Mulighet for filming og overføring/framvisning Pasientsignal (Hvilken funksjon/enhet mottar oppkallet?)</p> <p>24.05.2023 12:07:33 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet?</p> <p>26.05.2023 11:54:13 se vedlegg og kommentarer (Fanny Sæthre)</p>	<p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p>
<p>007</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rom 12.01.031 Behandling</p> <p>Se vedlegg <Klinisk service NSA _ Innspill fra medvirkning før medvirkningsmøte 26.5.2023></p> <p>Suppleringer til vedlegg:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Primært gangtrening, tyngre slagpasienter -Filming av pasient på mølle -Framvisning/overføring -Takskinne for gangsele til pasient i rommets lengderetning (også ønskelig i korridor) -Kortvarig digital dokumentasjon -Rampe med god plass på hver side tredemøllen -Arealkrevende apparat med ramper (4x2m) -mobilt speil foran møllen -Høyskap som tåler vekter (vektmansjetter til bena) -Nedfellbar treningstrapp -Nedfellbart bord for PC -Tilgang på drikkevann i rommet <p>Lenestol tas ut</p> <p>WOODWAY GmbH ProductInformation Loko tilpasset.pdf</p> <p>26.05.2023 11:55:16 krav til dørbredde for inntransport av utstyr</p> <p>05.06.2023 10:09:31 Vedlegg med mål på Woodway. Både høyde bredde og lengde som trengs tredemøller er ofte 1 meter til 120 cm i bredde. Våre store brede behandlingsbenker er på 120 cm brede og 2 meter lange men man trenger da ca 15 cm på hver side så de ikke rives opp i døråpningen så 150 cm bredde bør holde. Da får man manøvrert utstyret gjennom døren uten å skade verken dør eller benk. Alle behandlingsrommene trenger ekstra brede dører. Treningssal trenger eventuelt stor dør utfra den større korridoren ved lysgård beroende på hvor bred korridoren utenfor ned mot omkleddingsrom er. Behandlingsrom oppe i 6. etasje og 7. etasje trenger brede/doble dører. Ingen terskler inn til rommet pga. rullestol. (Kent Roger Bjørklund)</p>	<p>Kent Roger Bjørklund 05 jun 2023</p>
<p>008</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Rom 12.01.032 Behandling</p> <p>Behandlet sammen med 12.01.030 Behandling</p>	

009 <input type="checkbox"/>	Tilbakemelding fra OUS	
010 <input type="checkbox"/>	Eventuelt 12.01.016 Bad, HC med dusj. Stellefunksjon utgår Skap, tilsvarende svømmehaller, i omkleddningsrommene Knagger i garderober og WC'er Alle rom (3 behandlingsrom og 2 treningssaler) bør ha: -magnet for å kunne holde dør oppe -gulvmarkering med meter -skinner og redcore	

ARH/0000 - Byggherre felles

Møte 01 pulje 1 - K Klinisk service - NSA

Møte 01 pulje 1 - K Klinisk service - NSA

Sak ID:

33924

Alvorlighetsgrad

4 - Medium

Opprettet/rapportert av:

Andreas Stårvik

Opprettet

25.04.2023 10:14:54

Steg 1 - Underlag og godkjenning

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-05-09 10:36

Underlag klart for distribusjon til medvirkningsgruppen

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:41

PG laster opp plantegning funksjonsområde, oversikt over rom til medvirkning, romliste, romskisser og spørsmål

'Completed By: ' + Emilie Lamer Schjetlein

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:41

HSØ PO laster opp agenda

'Completed By: ' + Emilie Lamer Schjetlein

Ralf Kristensen 2023-04-25 13:41

RUT laster opp RFP og utstyrslister

'Completed By: ' + Emilie Lamer Schjetlein

Agenda medvirkningsmøte 01 pulje 1 .pdf

Klinisk service NSA RFP og utstyrsliste.pdf

NSA K Klinisk service.pdf

Steg 2 - Nye OUS kvitterer mottak

Completed by Ole Eskil Simonsen, 2023-05-09 11:14

Mottatt og distribuert til deltakere fra OUS

Steg 3 - Arbeidslogg

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-06-01 06:38

Arbeidslogg klar for distribusjon til medvirkningsgruppen.

K Klinisk service - NSA MOM 20230526.pdf

Steg 4 - Arbeidslogg distribuert

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-06-01 07:21

Må gjøre noen redaksjonelle endringer i arbeidsloggen, så må flytte saken tilbake til steg 3.

Steg 3 - Arbeidslogg

Completed by Anne-Lise Katle, 2023-06-01 11:51

Arbeidslogg med vedlegg som lenker i pdf'n, klar for distribusjon.

K Klinisk service - NSA MOM 20230106.pdf

Steg 4 - Arbeidslogg distribuert

Delt med

0201 - Oslo universitetssykehus HF

8201 - Prosjektering NSA

8202 - Prosjektering NRH

9001 - Rådgiver utstyr

0000 - Byggherre felles

Abonnenter:

Ole Eskil Simonsen

Unni Synøve Hauglann

Kristin Louise Borch

Anne-Lise Katle

Fanny Sæthre

Emilie Lamer Schjetlein

Niels Rein

Kent Roger Bjørklund