

## Tilbakemeldingsskjema

<b>Møte</b>	Medvirkning forprosjekt – Møte 02 akt D – 09.2 Bilddiagnostikk, nukleærmedisin og kardiologisk intervensjon – Nukleærmedisin/PET virksomheten	<b>Prosjekt</b>	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
<b>Saksnr</b>		<b>Dok.dato</b>	19.09.22
<b>Medvirkn.møtedato</b>	05.09.22	<b>Frist for tilbakemeld</b>	26.09.22 kl. 12.00
<b>Medvirkn.gr.leder</b>	Mona-Elisabeth Revheim		

### Tilbakemelding på referatet

Medvirkningsgruppe 9.2 Nukleærmedisin/PET virksomheten

Tilbakemeldinger fra møte med anestesi 13.09.22:

1. Mobil arbeidsplass for anestesi på sjalterommene med vindu inn til alle skannerrom, slik det ble presentert i møte: ok
2. Anestesi trenger ikke sterilisator for laryngoskoper, færre intuberes og kun sedasjon benyttes i økende grad. Trenger desinfeksjon av bag, maske mm.
3. Det må gjøres plass til beredskapsutstyr/vanskelig-luftveis-tralle
4. Vi trenger medisin-nisje på lik linje med andre avdelinger. Vi ber prosjektet gå opp medikamentsløyfen også til nukleærmedisin

Tilbakemelding fra smittevern:

Det skal ikke være kum/vask (vann) på et rent lager. Vi trenger heller ikke benk på rent lager.

### Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- Sterilisator tas ut fra desinfeksjonsrom, anestesi og nukleærmedisin har kun behov for desinfeksjon lokalt
- Må gjøres plass til vanskelig-luftveis-tralle
- Medisin-nisje må etableres – og vi ber om at medikamentsløyfen også gås opp med nukleærmedisin
- Vask og benk tas ut fra rent lager

### Tilbakemelding fra Nye OUS

Nye OUS støtter tilbakemeldinger fra MVG 9.2. Når det gjelder punkt 3: vanskelig luftveistralle, presiseres det at det kun er behov for nisje.

Det er ønskelig fra Nye OUS at det er videre dialog med HSØ-PO om skjerming av enkelte isolater som injisert nukleærmedisinske pasienter kan benytte. Behov for slike isolater estimeres til å være totalt 5 skjermete isolater i 2030. Det finnes i dag 2 slike rom på eksisterende bygg. Det er spesielt behovet til barn som får slik behandling som vil være utfordrende da disse nå samles i bygg M og N. Det vil også være voksne i bygg J som kan ha behov for skjermete isolater.

## Veileder

### Generelt

- Det er kun de feltene med gul merking som kan redigeres.
- Dokumentet vil bli konvertert til .pdf før innsending til HSØ PO.
- Hold språket konsist og så nøyaktig som mulig.
- Ved anbefalinger så bruk **bør** fremfor **skal**. Medvirkningen er rådgivende.
- Alle aksjonspunkter bør resultere i en prioriteringsliste, og der hvor det er nødvendig i samråd med aktuelle medvirkningsgrupper.
- Ved flere alternativer vær tydelig i prioriteringene som gjøres. List opp prioriteringene i synkende rekkefølge.
- Spørsmål som ikke er en del av oppdraget har ikke prosjektet kapasitet til å svare ut.

### De forskjellige cellene i skjemaet

- «Møte», «Prosjekt» og «Saksnr.»
  - Her fyller du inn de samme dataene som er oppgitt i selve referatet.
- Tilbakemelding på referat
  - Innspill gruppen har for på referatets innhold. Er det mangler, unøyaktigheter, feil etc.
- Forslag til endring innen gjeldende aktivitet
  - Innspill til HSØ PO som det må jobbes med videre innenfor aktivitetens funksjon.
  - Kan tas utgangspunkt i oppgitte oppgaver fra referat/medvirkningsgruppemøte.
  - Gjøres så konkrete som mulig.
  - Skal være omforente tiltak for hele gruppen.
- Tilbakemelding fra Nye OUS
  - Denne rubrikken er forbeholdt Nye OUS for kommentarer på referatet og tilbakemeldingen fra medvirkningsgruppen. Evt annen tekst i denne rubrikken vil bli fjernet før tilbakemeldingen oversendes HSØ PO.